

Dialyse péritonéale : Déconnexion du cycleur

- Anticipation
- Préparation
- Procédure
- Vérifier la fermeture de l'extension du cathéter
- Préparer le MiniCap
- Désinfectez vos mains
- Désinfecter la jonction de l'extension avec la ligne patient (en tenant compte du type de dispositif : pédiatrique ou pour adulte)
- Protéger l'extension
- Déconnecter la ligne patient
- Fermer le cycleur
- Récupération